

**РЕШЕНИЯ НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ“ месец януари 2017 г.**

1. В заповедите за акредитация на ИА БСА при формулиране на акредитирания обхват на лабораториите за калибриране, методите за калибриране (стандарты/международни ръководства за калибриране/валидирани методи) да се цитират без година и датата на последна версия.
2. В приложенията към Процедура BAS QR 2 методите за калибриране (стандарты/международни ръководства за калибриране/валидирани методи) да се цитират с еднозначна идентификация, включително и година и дата на последна версия.
3. В издаваните от акредитираните лаборатории свидетелства/сертификати за калибриране методите за калибриране (стандарты/международни ръководства за калибриране/валидирани методи) се цитират с еднозначна идентификация, включително година и дата на последна версия.
4. При промяна на версията на методите за калибриране (стандарты/международни ръководства за калибриране/валидирани методи) лабораториите да уведомяват ИА БСА по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.

Януари 2017г.