



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Изпълнителна агенция  
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение  
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

## ЗАПОВЕД

**№ А 284**

**София, 29.04.2022г.**

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег.№20/4 ЛК/ПА/13.08.2021г., доклад на водещия оценител вх.№20/04 ЛК/ПА/7/В/07.03.2022г. и становище на Комисията по акредитация вх. №20/4 ЛК/ПА/8/В/29.03.2022г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух при "ХИГИТЕСТ" ООД**

**Адрес на управление:** 1797 София, кв. Дървеница, бул. "Андрей Ляпчев" №4

**Адрес на лаборатория:** 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов", № 15, ет. 10, ст.14

**Да извършва калибриране на:**

Тип обхват: Фиксиран					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервател на единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)*	Метод/ процедура за калибриране
1	2	3	4	5	6
1	Дебитомери електронни и ротаметри	Разход, l/min	от 0,02 l/min до 30,00 l/min	от <b>0,0008 l/min</b> до <b>0,25 l/min</b>	МК 702-1/2018г.

Забележка: Калибрирането се извършва само в помещенията на лабораторията.

### Позовавания:

МК 702-1/2018г. Методика за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух

**НАРЕЖДАМ:**

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№4 ЛК/29.04.2022г., валиден до 29.04.2026г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на "ХИГИТЕСТ" ООД, ръководителя на Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух при "ХИГИТЕСТ" ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух при "ХИГИТЕСТ" ООД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№4 ЛК/ 02.10.2020г., валиден до 30.03.2022г. и приложение заповед №А 591/02.10.2020г.

Настоящата заповед да се съобщи на Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух при "ХИГИТЕСТ" ООД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

**ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ИА „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА  
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ